



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Ουρανία Τσουκαλά
Δ/ση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135
Τηλ.: 2821 3 41760, Fax: 2821341763
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Χανιά 23/04/2012

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 30803	02
ΡΟΝΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΕ ΔΗΜΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΛΔΟΥΛΑΚΗ ΤΕ Δ/ΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΗΜΕΡ. 23/4/12	ΗΜΕΡ. 23/4/12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθεια **δύο (2) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (AED)**, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 8.000,00 € στον Κ.Α. 15-7135.005 για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.
6. Την υπ' αρ. 439/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 15-7135.005 για την Προμήθεια δύο απινιδωτών.
7. Την αριθμ. πρωτ. 28900/11-04-2012 εισήγηση του Γραφείου Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Χανίων.
8. Τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.
9. Την υπ' αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας **δύο (2) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED)** των οποίων η χρήση ενδείκνυται για βασική υποστήριξη ζωής σε χώρους μαζικής συνάθροισης (Δημαρχιακό Κατάστημα, αθλητικό κέντρο), προϋπολογισμού **5.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

1. Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας
2. Να είναι στέρεος και ανθεκτικός σε σκληρή χρήση. Να αναφερθούν στοιχεία που αφορούν στην ανθεκτικότητα της συσκευής όσον αφορά: θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης, ατμοσφαιρική πίεση, σχετική υγρασία, στεγανότητα έναντι σκόνης και νερού και μηχανικής αντοχής (bump, shock, drop και vibration)
3. Να είναι φορητός, μικρού όγκου, με βάρος μικρότερο από 4 Kg
4. Να λειτουργεί με μπαταρία/ες μη επαναφορτιζόμενη/ες, και να αποδίδει τουλάχιστον 150 απινιδώσεις στην μέγιστη ενέργεια
5. Να μετράει αυτόματα την αγωγιμότητα του σώματος του ασθενούς και να αποδίδει την κατάλληλη ενέργεια απινιδώσης

6. Όλες οι συνδέσεις με τον ασθενή να είναι ηλεκτρικά μονωμένες
7. Η αποθηκευμένη ενέργεια να εκφορτίζεται εσωτερικά και αυτόματα αν δεν χορηγηθεί απινίδωση σε 30 sec
8. Η λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή στη χρήση και να διαθέτει φωνητικές και οπτικές οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες για την εκτέλεση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνες με τον ισχύοντα αλγόριθμο του ERC Guidelines
9. Να διαθέτει αυτόματο κυκλώματα ανάλυσης του ΗΚΓ, αναγνώρισης αρρυθμιών που απαιτούν την εφαρμογή απινίδωσης, να φορτίζει αυτόματα τα κυκλώματα απινίδωσης και να ειδοποιεί τον χειριστή για την ανάγκη απινίδωσης, η οποία θα πραγματοποιείται μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού
10. Να διαθέτει ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας/ών.
11. Ο χρόνος φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια να είναι το μέγιστο 15 sec
12. Να διαθέτει οθόνη LCD στην οποία να απεικονίζεται το ΗΚΓ του ασθενούς, διάφορα προειδοποιητικά μηνύματα και συναγερούς
13. Να διαθέτει αυτόματους και χειροκίνητους περιοδικούς ελέγχους της ετοιμότητας της συσκευής με αντίστοιχη οπτική ένδειξη
14. Να διαθέτει κύκλωμα ελέγχου της αγωγιμότητας των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads) όσον αφορά το gel επαφής αυτών
15. Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης τουλάχιστον του τελευταίου περιστατικού ανάνηψης, με δυνατότητα μεταφοράς, αποθήκευσης και ανάλυσής του σε Η/Υ, μέσω ειδικού λογισμικού που θα συνοδεύει την συσκευή
16. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς η οποία περιλαμβάνει δυο ζευγάρια αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (pads) μιας χρήσεως, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία του.
17. Να συνοδεύεται από επιτοίχια βάση στήριξης (προαιρετικό)
18. Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο στην ελληνική γλώσσα.
19. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία, και επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια
20. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
21. Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
22. Να προσκομίστουν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
23. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Δήμαρχο Χανίων
2. Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Πρωτοπαπαδάκη Κων/νο
3. Γραφείο Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
4. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ κ. Χατζηκυριάκο Μιχάλη
5. Γραφείο Πρωτοκόλλου